

Техническое задание
на приобретение видеэндоскопа PCE TDE 150

1. Видеэндоскоп должен быть приобретен только у официальных представителей фирмы-поставщика в Свердловской области.

2. Технические характеристики (параметры), предъявляемые к видеэндоскопу:

Параметры		
Характеристики	Сенсор	Видеосенсор 1/10"
	Изображение	Цветное
	Рабочий диаметр	6 мм
	Диаметр	6 мм
	Длина зонда	3 метра
	Угол обзора	не менее 100°
	Управление зондом, артикуляцией	В одной плоскости, угол поворота 320°
	Тип зонда	Гибкий
	Дисплей	3,5" TFT LCD
	Угол наклона дисплея	0°÷90°
	Батареи	Типа Li-ion
	Подсветка	LED
	Баланс белого	Ручной или автоматический
	Карта памяти	Да, MicroSD 2 Gb
	Запись фото	Да
Условия эксплуатации	Температура	0°÷60°
	Влажность	5%÷85%
	Устойчивость к агрессивным средам	Да
	Водонепроницаемость	Герметичен

3. В комплект поставки должно входить:

- видеэндоскоп PCE TDE 150;
- кабель подключения к внешнему видеоустройству;
- зарядное устройство;
- приборный кейс;
- карта памяти MicroSD 2 Gb;
- флеш-адаптер;
- руководство пользователя на русском языке.

4. При заключении договора на поставку видеэндоскопа должно быть учтено заключение договора на сервисное обслуживание.

Старший мастер УПП



В.П. Татарченков